

試 験 成 績 書

平成 30 年 6 月 21 日

有限会社エヌ・シー 御中

赤穂化成株式会社

品質保証部

〒678-0193

兵庫県赤穂市坂越 329 番地

TEL.0791-48-1721



検体名 : みんなの水 500ml
ロット : 20200421
測定日 : 平成 30 年 5 月 9 日
測定場所 : 日本食品分析センター

放射能濃度測定結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法
放射能濃度			
ヨウ素 131	検出せず	1 Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器
セシウム 134	検出せず	1 Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器
セシウム 137	検出せず	1 Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器

以上